



Medline International Germany GmbH  
 Medline-Straße 1 - 3  
 47533 Kleve, Deutschland  
 -  
 -

Tel: +49 (0)2821-7510-0  
 Fax: +49 (0)2821 7510-7802  
 www.medline.eu/de



## Technisches Datenblatt

## Untersuchungsmaske, Typ II

### Artikelnummer(n)

**BFE-230, BFE-231**

### Beschreibung

Untersuchungsmaske mit Ohrschlaufen, weiß (BFE-230) oder blau (BFE-231)

### Basismaterialien

Äußere Lage: Spunbond (Polypropylen)  
 Filtermedium: Meltblown (Polypropylen)  
 Innere Lage: Spunbond (Polypropylen)  
 Ohrschlaufen: Latexfrei, elastisch

### Packfaktor

2000 Stück pro Karton

### Verpackung

50 Stück/Spenderbox  
 40 Spenderboxen enthalten alle Einheiten im Karton

### Hersteller

Inspire Protection (VBI) - Impasse Hélène Boucher ZA Les Béluzes- 42720 Pouilly Sous Charlieu, FRANKREICH

### Qualitätsrichtlinien

Konform gemäß Medizinprodukte-Richtlinie 2017/745 - MPG Klasse: 1 nicht steril  
 Konform gemäß EN14683 – Typ II

Bitte lesen Sie das Etikett und die Gebrauchsanweisung des Produkts vor der Verwendung gründlich und aufmerksam durch.

### Leistung

Physikalische Eigenschaften	EN14683 Typ II Anforderungen	EN14683 Ergebnisse
Bakterielle Filterleistung (%)	≥ 98	99,8
Atemwiderstand (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 40	49,6
Mikrobiologische Reinheit (cfu/g)	≤ 30	5



© 2023 Medline Industries LP oder eine ihrer Niederlassungen. Alle Rechte vorbehalten.  
 TDS\_FaceMask\_BFE-23x\_DE01

Aufbewahrungsfrist: Endet mit Auslauf des Produktes und seines Supports

