



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1 - 3
47533 Kleve, Deutschland

Tel: +49 (0)2821-7510-0
Fax: +49 (0)2821 7510-7802
www.medline.com/de



Technisches Datenblatt

Spritzfeste Untersuchungs- maske Typ IIR, mit Visier

Artikelnummer(n)

NONE27410EL

Beschreibung

Untersuchungsmaske, spritzfest, Ohrschlaufen, Visier, Antibeschlagstreifen, Lila

Basismaterialien

Äußere Lage: Spunbond (Polypropylen), Lila
Zweite Lage: SMS (Polypropylen)
Filtermedium: Meltblown (Polypropylen)
Innere Lage: Thermisch verbundenes Polypropylen und Polyethylen, weiß
Ohrschlaufen: Latexfrei, elastisch
Anti-Beschlag: Spunlace und Schaumstoff
Visier: Klares Polyester

Packfaktor

100 Stück pro Karton

Verpackung

4 Spenderboxen enthalten alle Einheiten im Karton

Hersteller

Medline International France SAS - EN ISO 13485
Hergestellt in einer WRAP-zertifizierten Produktionsstätte.
Medline unterstützt Arbeitnehmer- und Menschenrechte.



Qualitätsrichtlinien

Konform gemäß Medizinprodukte-Richtlinie 2017/745 und UK MDR
Konform gemäß PSA 2016/425 - PSA Kategorie: II
MPG Klasse: I unsteril
Konform gemäß EN14683 – Typ IIR

Bitte lesen Sie das Etikett und die Gebrauchsanweisung des Produkts vor der Verwendung gründlich und aufmerksam durch.

Leistung

Physikalische Eigenschaften	EN14683 Typ IIR Anforderungen	EN14683 Medline Ergebnisse
Bakterielle Filterleistung (%)	≥ 98	99,8
Atemwiderstand (Pa/cm ²)	< 60	38,56
Spritzwiderstand (kPa)	≥ 16	21,3
Mikrobiologische Reinheit (cfu/g)	≤ 30	4,62



© 2023 Medline Industries LP oder eine ihrer Niederlassungen. Alle Rechte vorbehalten
TDS_FaceMask_NONE27410EL_WRAP_DE02

Aufbewahrungsfrist: Endet mit Auslauf des Produktes und seines Supports



Latexfrei

Revision: 9

Dokumententitel: FINT_441 - Technical sheet

Dokumentnummer: EU1-00004-F-00025